

REF SI-09880-SE

Percutaneous Sheath Introducer Set with Integral Hemostasis Valve/Side Port for use with 7 - 7.5 Fr. Catheters

ARROW®

Contents:

- One:.....Sheath: 8.5 Fr. x 4" (10 cm) Arrow-Flex®
Radiopaque Polyurethane with Integral
Hemostasis Valve/Side Port and Tissue Dilator
- One:.....Spring-Wire Guide, Marked:
.035" (.89 mm) dia. x 17-13/16" (45 cm)
(Straight Soft Tip on One End — "J" Tip
on Other) with Arrow Advancer™¹
- One:.....Introducer Needle: 18 Ga. x
2-1/2" (6.35 cm) XTW
- One:.....Pressure Transduction Probe
- One:.....Arrow® Raulerson Spring-Wire
Introduction Syringe²: 5 cc
- One:.....Cath-Gard® Catheter Contamination Shield:
80 cm with Sterile Tape
- One:.....Obturator: 8 Fr.
- Three:.....Gauze Pads: 4" x 4"

¹ US Patent Nos. 5,484,419 and 6,477,402.

² Licensed under US Patent No. 5,045,065.

Rx only.


Warning: Prior to use read all package insert warnings, precautions, and instructions. Failure to do so may result in severe patient injury or death.

Sterile. Do not use if package has been previously opened or damaged. Fluid path components are non-pyrogenic. Contains no medication. Single use — do not resterilize. Sterilized by ethylene oxide.

This product contains dry natural rubber.

 Arrow International, Inc.
2400 Bernville Road, Reading, PA 19605 USA

 Teleflex Medical
IDA Business and Technology Park, Athlone, Ireland



Jeu d'introduction de gaines par voie percutanée avec valve hémostatique/port latéral intégrés pour emploi avec les cathéters 7 - 7,5 Fr.

Attention : Lire tous les avertissements, précautions, et toutes les instructions figurant sur la notice avant usage. Le non-respect de cette instruction risquerait de blesser grièvement ou de tuer le patient. Ne pas utiliser si le paquet a été ouvert ou est endommagé.

Perkutanes Schleuseneinführbesteck mit eingebauter Hämostaseventil/Seitenanschluß-Baugruppe zum Gebrauch mit Kathetern der Größen 7 - 7,5 Fr.

Warnung: Vor Gebrauch, alle der Packung beigefügten Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen lesen. Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod des Patienten führen. Falls die Packung zuvor geöffnet wurde oder beschädigt ist, Inhalt nicht benutzen.

Set per introduzione di guaina percutanea con valvola emostatica/ bocchetta laterale incorporate per l'uso con cateteri da 7 - 7,5 Fr.

Attenzione: prima dell'uso leggere tutte le avvertenze, precauzioni, e le istruzioni dell'inserto. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare gravi lesioni al paziente e persino provocarne la morte. Non usare se la confezione è stata precedentemente aperta o appare danneggiata.

Conjunto de Introdução de Bainha Percutânea com Dispositivo de Válvula de Hemostase Integral e Porta Lateral, para utilizar com Cateteres 7 - 7,5 Fr.

Aviso: Antes de utilizar, ler todas as advertências, precauções e instruções contidas na embalagem. A não observação destas instruções poderá resultar em ferimentos graves no paciente ou morte. Não utilizar se a embalagem tiver sido previamente aberta ou danificada.

Conjunto introductor de vaina percutánea con válvula hemostática y orificio lateral integrales para uso con catéteres de 7 - 7,5 Fr.

Aviso: Antes de usar el dispositivo, lea todas las advertencias, precauciones, e instrucciones del folleto en español incluido en el paquete. La falta de cumplimiento con estas instrucciones puede redundar en lesiones graves o muerte del paciente. No utilizar si el paquete ha sido abierto o está dañado.

Set för perkutan skyddsintroducera med integral hemostasventil/ sidoöppning för bruk med katetrar mellan 7 - 7,5 Fr.

Varning: Läs alla varningar, viktigt, och instruktioner i förpackningen. Underlåtenhet att följa dessa anvisningar kan förorsaka allvarliga patientskador eller dödsfall. Använd ej om förpackningen har öppnats tidigare eller om den är skadad.

II-09880-132A (2/10)

ARROW®

INTERNATIONAL

REF
SI-09880-SE 8.5 Fr. 10 cm sheath length 3.6 mm sheath O.D. .035 inch dia. spring-wire guide

Percutaneous Sheath Introducer Set

Peel to Open