

# ARROW®



## Equipo de Cateterización Venosa Central de Tres Lumen con Catéter con punta flexible Blue FlexTip®

REF CV-15703-M | 7<sup>Fr.</sup> calibre | 3<sup>Lumen</sup> | 20<sup>cm</sup> longitud | 0.81<sup>mm</sup> diámetro guía


**Contenido:**

- 1: Catéter de tres lumen, 7 Fr. x 20 cm (8") de longitud, de poliuretano radiopaco con punta flexible Blue FlexTip, tres pinzas deslizables sobre líneas de extensión y dos capsulas con sitio de inyección
- 1: Alambre Guía flexible de 0.81mm (0.32") x 60 cm (23 5/8") con un extremo recto y otro en "J" dentro de una funda protectora con avanzador Arrow
- 1: Aguja XTW de 18 Ga. x 6.35 a 7.20 cm
- 1: Sonda de transducción de presión
- 1: Jeringa de 5 CC Arrow Raulerson permite introducir el Alambre Guía y evita la extravasación de sangre
- 1: Dilatador de vasos
- 1: Pinza de sujeción ajustable
- 1: Sujetador de la pinza ajustable

**Aviso:** Antes de utilizar el equipo, lea todas las advertencias, precauciones e instrucciones del folleto en español incluido en el paquete. La falta de cumplimiento con estas instrucciones puede redundar en lesiones graves o muerte del paciente.

Estéril. No reutilizar – no volver a esterilizar. Esterilizado mediante óxido de etileno. Mantener alejado de la luz del sol. Mantener en un lugar seco. No utilizar si el paquete ha sido previamente abierto o está dañando. No fabricado con látex de caucho natural. Los componentes de la trayectoria de líquido son apirógenos. No contiene medicamentos. Los artículos punzocortantes incluidos en el equipo deben desecharse de forma segura. No tóxico.

REG. 0236C98 SSA



Sección transversal del catéter

Lumen	Volumen Residual* (mL)	Rango de flujo <sup>†</sup> (mL/hr)
Distal (16 Ga.)	0.46	2656
Medial (18 Ga.)	0.40	1245
Proximal (18 Ga.)	0.42	1328

\* El volumen residual es aproximado y esta medido sin la capsula de inyección.

† El volumen residual de la capsula de inyección es de 0.17 mL.

‡ El rango de flujo esta medido con solución salina normal, a temperatura ambiente, con una columna de 100 cm de altura y representa la capacidad de flujo aproximado.

**Hecho en México por:**

Arrow Internacional de Chihuahua, S. A. de C. V.  
 Av. Washington No. 3701, Interior Circuito Industrial  
 Alta Tecnología, Edificio 40, Colonia Panamericana,  
 C.P. 31200, Chihuahua, Chihuahua, México

IV-15703-111E (08/19)

**Distribuido por:**

Arrow Internacional de México, S. A. de C. V.  
 Boulevard Benito Juárez No. 10, Bodega F  
 Colonia San Mateo Cuauhtepc,  
 C. P. 54948, Tultitlán, Estado de México, México

En caso de quejas de calidad con el producto, comunicarse al tel. (55) 5002-3500 o al correo: [reclamoproducto.mx@teleflex.com](mailto:reclamoproducto.mx@teleflex.com)

En caso de eventos adversos, comunicarse al tel. (55) 4142-0110 o al correo: [tecnovigilancia@teleflex.com](mailto:tecnovigilancia@teleflex.com)



## Equipo de Cateterización Venosa Central de Tres Lumen con Catéter con punta flexible Blue FlexTip®

REF CV-15703-M

7<sup>Fr.</sup> calibre | 3<sup>Lumen</sup> | 20<sup>cm</sup> longitud | 0.81<sup>mm</sup> diámetro guía

# ARROW®